



TECHNICAL FILE

TEKNİK DOSYA

Tender ref : PRF-TR-2025-0022

Tender Subject : Medical Device

İhale Konusu : Medikal cihaz

1- COMPANY INFORMATION / FİRMA BİLGİLERİ

Company Name		Sirket İsmi
Representative		Temsilci
Registration number		Kayıt numarası
Tax number		Vergi numarası
Address		Adres
Phone number		Telefon numarası
E-mail		E-posta

2- ITEMS SPECIFICATIONS / ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#	Item / ÜRÜN	Item description / ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1	Vertical Steam Sterilizer	<ul style="list-style-type: none">* Chamber Volume 100 liters* Sterilization Temperature 105°C - 136°C* No of Preset Programs 5* No of Free Programs 10* Special Programs Liquid Sterilization and Drying.* Test Programs Vacuum Leakage, Bowie & Dick.* Minimum Vacuum Level 200 mbar .* Control System N-Smart™ Control System.* Display 4,3" Colorful LCD Display.* Internal Material Stainless Steel.* External Material Stainless Steel and Epoxy Polyester Powder Coated Stainless Steel .* Standard Accessories 3 sterilization baskets.* Power Consumption 7.500 W* Power Supply 400 V 50/60 Hz, 3 phases + N + G
2	Dehumidification device	<ul style="list-style-type: none">* Capacity* [l/24h] 78* Airflow [m³/h] 820* Temp. range [°C] 3-32* Humidity range [%] 35-95* Power consp. [W] 1250* Power [V/Hz] 230/1ph/50* Sound level [dB(A)] 55* Condens. Tank [lit] Built-in condensate pump* Condensate [mm] 12X2



3	Fully auto Biochemistry Analyzer	<p>Analysis:</p> <ul style="list-style-type: none"> * System: Discrete Random Access Chemistry Analyzer. * Throughout: Constant 300 test /Hour. <p>Sample</p> <ul style="list-style-type: none"> * No of positions: 120 * Volume: 2 -30 µl (0.1 µl step) * Stat facility : Available . <p>Reagent:</p> <ul style="list-style-type: none"> * No of positions: 80 * Volume: 20 -300 µl * On board Cooling: available, maintains temperature of 4-16 C * Photometry: 8 filters (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670) nm * Optical source: Tungsten Halogen Lamp * Photometry Linearity Mixing: 0 - 3.8 Abs * Automatic Sample Dilution: Pre-dilution and post-dilution * Mixing: 2 independent Mixer <p>Interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Operating System: windows * with barcode
4	Arthroscopie telescope	<ul style="list-style-type: none"> * Outer diameter 4 mm * Working length 18 cm * Direction of view 30° – Forward-oblique telescope * Angle of view enlarged view, wide angle * Light transmission medium Fiber optic light transmission Position of fiber optic connection 6h * Color code Red

3- DELIVERY TIME / TESLİMAT SÜRESİ

Delivery time in calendar days (considering Quantity differences)	Teslimat süresi takvim günü içerisinde (Miktarları göz önünde bulundurunuz)

4- BID VALIDITY TIME / TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

Please write the bid validity, knowing that the less acceptable bid validity by MI is 30 days.	Lütfen, teklifinizin geçerlilik süresi yazınız (30 gün altı geçerlilik süresi MI tarafından Kabul edilmemektedir)

5- Ability to deliver inside Syria with Installation and Calibration services / Kurulum ve Kalibrasyon hizmetleri ile Suriye içerisinde teslimat yapabilme yeteneği

Do you have the capacity to install and calibrate the required devices inside Syria (Aleppo - Azaz area) the place is close to the Turkish border, this service to be done by the company's technician.	Suriye içerisinde (Halep - Azaz bölgesi)Türkiye sınırına yakın bir yerde gerekli cihazların kurulum ve kalibrasyon kapasiteniz var mı, bu hizmet firmanın teknisyeni tarafından yapılacaktır.
---	--



If the company can afford such service, please write a description how the service shall be and what is the qualification of the technicians.		Eğer firma bu hizmeti karşılayabiliyorsa, lütfen hizmetin nasıl olacağını ve teknisyenlerin niteliklerinin neler olduğunu açıklayarak yazınız.
Yes or NO		
Evet veya Hayır		
If yes , the explanation is		
Evet ise açıklama şu şekildedir		

6- Items Warranty / Ürün Garantisi

Please write the warranty duration of the devices, taking into consideration that the devices will be installed in Syria.

Cihazların Suriye'de kurulacağını göz önünde bulundurarak lütfen garanti süresini yazınız.

--

7- EXPERIENCE / İŞ DENEYİMLERİ

Write below only **similar contracts** from experience and share a copy of the contracts it must be signed by both sides.

Lütfen aşağıdaki tabloya geçmişte yaptığınız iş deneyimlerinizi özetini yazınız ve EK olarak taraflarca imzalanmış sözleşme kopyasını ekleyiniz.

#	Contract Subject Sözleşme Konusu	Contract value Sözleşme tutarı	Company/organization Firma / Organizasyon	Reference phone/e-mail Referans telefon/e-posta
1				
2				
3				
4				
5				

END OF TECHNICAL FILE / TEKNİK DOSYA SON